

Riktig merking av histologiprøver til Fürst

Fürst har som et av de første laboratoriene i Norge innført strekkodemerking av histologiprøver. Strekkodemerking skaper mindre rom for feilmerking og forbyting av pasientprøver, samt at det gir mer effektiv produksjon som igjen er positivt for svartiden.

→ Dette er histologirekvisisjonen til Fürst. Ved elektronisk rekvirering (Fürst Forum) av patologi har blanketten grønn farge.

Prøvens lokalisasjon skal alltid beskrives i eget felt, nederst på rekvisisjonen.

Under «Klinisk diagnose» skal det kun beskrives relevante opplysninger for vurdering av prøven.

→ Har man kun én vevsbit, bruk felt A: og merk prøven med strekkode som slutter på A.

Angi lokalisasjon pr. prøveglass, hver bokstav må samsvare med barkode			
- Tykktarm	- F:	- L:	
- B:	- G:	- M:	
- C:	- H:	- N:	
- D:	- J:	- P:	



→ Hvis flere vevsbiter tilhører samme rekvisisjon skal man videre fylle ut felt B, C osv. Strekkodene som prøven merkes med skal samsvare med feltene som er fylt ut.

Angi lokalisasjon pr. prøveglass, hver bokstav må samsvare med barkode			
- Tykktarm	- F:	- L:	
- Ventrikel	- G:	- M:	
- Øsofagus	- H:	- N:	
- D:	- J:	- P:	



Takk for at du er med på å øke pasientsikkerheten!

Med vennlig hilsen
Fürst Medisinsk Laboratorium